

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

El fabricante | The manufacturer | Le fournisseur;

Declara que los artículos denominados "Pipetas graduadas Clase A con bulbo, 0 arriba" y abajo referenciados, cumplen con las especificaciones de fabricación de la Normativa ISO 835 y son adecuadas para el uso descrito en el mismo.

Declares that the articles named "Class A graduated pipettes with bulb, 0 up" and below referenced, comply with the manufacturing specifications of ISO 835 and are suitable for the use described therein.

Déclare que les articles dénommés "Pipettes graduées de classe A avec boule, 0 haut" et ci-dessous référencés, sont conformes aux spécifications de fabrication de la norme ISO 835 et conviennent à l'usage qui y est décrit.

***ISO 835**

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas graduadas

Laboratory glassware - Graduated pipettes

Verrerie de laboratoire - Pipettes graduées

Referencia	Volumen mL	Graduación mL	Tolerancia mL
Reference	Volume mL	Division mL	Tolerance mL
Référence	Volume mL	Division mL	Tolerance mL
DGB010	1	0.1	+/- 0.007
DGB011	2	0.1	+/- 0.010
DGB012	5	0.1	+/- 0.030
DGB013	10	0.1	+/- .050
DGB014	20	0.1	+/- 0.100
DGB017	5	0.05	+/- 0.030
DGB018	1	0.01	+/- 0.007


Balanza / [Balanca](#) / Balance :

ESJ200-4, 200 g / 0.0001g

Termómetro / [Thermometer](#) / Thermomètre :

St i Ko – TXR / -10°C to 100°C / 0.5°C

Beriain, 24th of May, 2022

 **AUXILAB, S. L.**
N.º F. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 - Tel. 34-948 310513
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)