

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En relación a los artículos: **PIPETAS 2 AFOROS CLASE AS, CON BULBO 5mL**

In relation to the articles: **VOLUMETRIC PIPETTE 2 MARKS, CLASS A, WITH BULB 5mL**

En rapport avec les articles: **PIPETTE JAUGÉE 2 TRIATS, CLASSE A, À BOULE 5mL**


Por el presente documento declaramos que las características, medidas y precisión de los productos abajo indicados están en conformidad con la norma ISO 648:2009. El error máximo permitido en la capacidad cumple con los valores especificados en la norma ISO 648:2009. La temperatura estándar de referencia es 20°C.

We hereby declare that the features, measurements and accuracy of the products listed below are in accordance with ISO 648 :2009. The maximum permissible error in capacity complies with the values specified in ISO 648 :2009. The standard reference temperature is 20°C.

Nous certifions par la présente que les caractéristiques, les mesures et la précision des produits indiqués ci-dessous sont conformes à la norme ISO 648:2009. L'erreur maximale tolérée en matière de capacité est conforme aux valeurs spécifiées dans la norme ISO 648:2009.

Referencia Code	Volumen nominal Nominal volumen	Error máx. permitido Max. Permissible error	Volumen medio Average volume
Reference DJP013	Volume nominal 5 mL	Erreur max. autorisée +/- 0.015 mL	Volume moyen 5.005 mL

Beriain, 20th Avril 2022

 **AUXILAB, S. L.**
N. I. F. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 · Tel. 34-948 310513
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Berta Aguirrebalzategui
Technician