

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
DECLARATION OF CONFORMITY  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**El fabricante | The manufacturer | Le fournisseur;**

Declara que los artículos denominados “Pipetas graduadas Clase AS con bulbo, 0 arriba” y abajo referenciados, cumplen con las especificaciones de fabricación de la Normativa ISO 835 y son adecuadas para el uso descrito en el mismo.

Declares that the articles named "Class AS graduated pipettes with bulb, 0 up" and below referenced, comply with the manufacturing specifications of ISO 835 and are suitable for the use described therein.

Déclare que les articles dénommés "Pipettes graduées de classe AS avec boule, 0 haut" et ci-dessous référencés, sont conformes aux spécifications de fabrication de la norme ISO 835 et conviennent à l'usage qui y est décrit.

**\*ISO 835**

Material de vidrio para laboratorio. Pipetas graduadas

Laboratory glassware - Graduated pipettes

Verrerie de laboratoire - Pipettes graduées

| Referencia | Volumen mL | Graduación mL | Tolerancia mL |
|------------|------------|---------------|---------------|
| Reference  | Volume mL  | Division mL   | Tolerance mL  |
| Référence  | Volume mL  | Division mL   | Tolerance mL  |
| DGB015     | 25         | 0.1           | +/- 0.100     |
| DGB016     | 50         | 0.1           | +/-0.200      |
| DGB019     | 2          | 0.01          | +/- 0.010     |

**Balanza / Balanca / Balance :**

KERNT ABT 220 – 4M ; id. number 34-07

**Termómetro / Thermometer / Thermomètre**

Enclosed – scale, (0-50)°C, 0.01°C ; id. number 1/02

Beraiain, 24<sup>th</sup> of May, 2022


**AUXILAB, S. L.**  
N.º F. ESB 31072218  
MATERIAL PARA LABORATORIO  
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 - Tel. 34-948 310513  
31191 BERRIAIN (NAVARRA) (ESPAÑA)