

CONFORMITY CERTIFICATE

Descripción | Description | Description: **GRADUATED MEASURING CYLINDER, CLASS B**

Referencia | Code | Référence: **DBG001, DBG002, DBG003, DBG004, DBG005, DBG006, DBG007, DBG008, DBG009**

Marca | Brand | Marque: **Endo Glassware**

Auxilab confirma que las siguientes probetas son de clase B y han sido fabricadas de acuerdo con las especificaciones de la norma EN ISO 4788, cumpliendo los requisitos de calidad establecidos.

Auxilab confirms that the following cylinders are Class B and have been manufactured in accordance with the specifications of EN ISO 4788, meeting the established quality requirements.

Auxilab confirme que les éprouvettes suivantes sont de classe B et ont été fabriquées conformément aux spécifications de la norme EN ISO 4788, en respectant les exigences de qualité établies.

Reference	Nominal value (mL)	Division (mL)	Tolerance* (±mL)
DBG001	5	0.1	0.1
DBG002	10	0.2	0.2
DBG003	25	0.5	0.5
DBG004	50	1	1
DBG005	100	1	1
DBG006	250	2	2
DBG007	500	5	5
DBG008	1000	10	10
DBG009	2000	20	20

*UNE-EN ISO 4788: Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders

Fecha | Date | Date: 15/04/2026

Sello | Stamp | Timbre:

 **AUXILAB, S. L.**
N.I.F. ESB31072210
MATERIAL PARA LABORATORIO
Polig. Morea Norte, 8 - Tel. 34-948 310 513
31191 BERIAIN - NAVARRA (ESPAÑA)