

AUXILAB S.L.

Material de laboratorio  
Laboratory supplies



**CERTIFICADO DE CALIDAD**  
**QUALITY CERTIFICATE**  
**CERTIFICAT DE QUALITÉ**

La empresa AUXILAB, S.L.

Declara que el artículo | Declares that the article | Déclare que l'article:

**PIPETA WESTERGREEN 0-200 MM | WESTERGREEN PIPETTE 0-200 MM | PIPETTE DE WESTERGREEN 0-200 MM**

Referencia | Code | Référence: ZMB058

Cumple con las siguientes especificaciones técnicas | Meets the following technical specifications | Répond aux spécifications techniques suivantes:

Escala | Sacale | Échelle: 0-200 mm

Error permitido | Permitted error | Erreur autorisée:  $\pm 0.4$  mm

Longitud total | Total length | Longueur totale:  $300 \pm 2$  mm

Se certifica que el producto ha superado los controles de calidad y cumple con los requisitos de diseño establecidos.  
This product has successfully passed quality controls and meets the established design requirements.  
Ce produit a passé avec succès les contrôles de qualité et répond aux exigences de conception établies.

Beriáin a 26 de febrero de 2025

 **AUXILAB, S. L.**  
N.I.F. ESB31072218  
MATERIAL PARA LABORATORIO  
Políg. Morea Norte, 9 - Tel. 34-948 310 513  
31191 BERIÁIN - NAVARRA (ESPAÑA)

Documentación Técnica