

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Descripción | Description | Description: Nitrile gloves

Referencia | Code | Référence: RBL005, RBL006, RBL007, RBL008

Marca | Brand | Marque: Endo Proteclab

Este certificado, emitido conforme al Módulo B del Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual, acredita que el grupo de productos mencionado cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables para productos de Categoría III.

This certificate, issued in accordance with Module B of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, certifies that the mentioned product group meets the applicable essential health and safety requirements for Category III products.

Ce certificat, délivré conformément au Module B du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, atteste que le groupe de produits mentionné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux produits de Catégorie III.

Applicable regulations:

Standard	Description
Regulation (EU) 2016/425	Personal protective equipment, Category III
Regulation (EU) 2017/745	Concerning medical devices, Class I
UNE-EN ISO 21420:2020	General requirements for protective gloves
ISO 9001:2015	Quality management systems and requirements
UNE-EN 374:2016+A1:2018	Protective gloves against chemicals and microorganism, Type B
UNE-EN 455	Examination gloves, various editions
ISO 13485:2016	International standard specific to medical devices
ASTM D6978-05	Cytostatic drug permeation test
ASTM F1671	Certified viral penetration resistance

Test results (Chemicals):

Substance	Permeation level (UNE-EN ISO 374-1 :2016+A1 :2018 Type B)	Degradation level % (UNE-EN ISO 374-4 :2019)
40% Sodium hydroxide (K)	6	1.4
30% Hydrogen peroxide (P)	6	24.0
37% Formaldehyde (T)	6	10.9

Fecha | Date | Date: 13/11/2025

Sello | Stamp | Timbre:

 **AUXILAB, S. L.**  
N.I.F. ESB31072218  
MATERIAL PARA LABORATORIO  
Polig. Morea Norte, 8 - Tel. 34-948 310 513  
31191 BERIAIN - NAVARRA (ESPAÑA)