

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE CE DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

La empresa AUXILAB, S.L.

Declara que el equipo | Declare that the equipment | Declare que l'appareil:
Microtomo de rotación automático | Automatic rotary microtome | Microtome rotatif automatique

Referencia | Code | Référence: ZFP015

Marca | Brand | Marque: Nahita

Ha sido verificado según los estándares | It has been verified according to the standards | Il a été vérifié selon les normes:

EN 60601-1:2006+A12:2014

Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
Appareils électromédicaux - Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles.

EN 61326-1:2013

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 1: Requisitos generales.
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements.
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 1: Exigences générales.

En relación con la siguiente normativa y de conformidad con ella | Related to and in compliance with the following regulation | En rapport et en conformité avec le règlement suivant:

2014/35/EU (Low Voltage)

Directiva sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
Directive relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits
Directive relative aux matériels électriques à employer dans certaines limites de tension

2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)

Directiva sobre la compatibilidad electromagnética de equipos eléctricos
Directive on the electromagnetic compatibility of electrical equipment
Directive sur la compatibilité électromagnétique des équipements électriques



AUXILAB, S. L.
N.I.F. ESB01072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Políg. Morea Norte, 9 - Tel: 34-948 310 513
31191 BERIÁIN - NAVARRA (ESPAÑA)

Beriáin a 12/03/2025

Documentación Técnica