

CERTIFICADO DE RADIACIÓN

CERTIFICATE OF RADIATION

AUXILAB DÉCLARE SUR LES SURVANTS PRODUITS:

Productos | Goods | Produits

Bisturís desechables nº 10, c/10 | Disposable scalpels nº 10, b/10 | Bistouris jetables nº 10, b/10

Referencia | Code | Référence : FMB004

Nº lote | Lot number | Lot N° : 21509

Radiación Lote | Radiation Lot | Radiation Lot: 20210922001

Han sido esterilizados mediante radiación y estando la dosis absorbida dentro de los límites establecidos.

They have been sterilized with γ radiation, being the absorbed dose within the established limits.

Ils ont été stérilisés au moyen de la radiation γ , étant donné la dose absorbée dans les limites établis.

Dosis mínima absorbida | Minimum absorbed dose | Minimum dose absorbante: 25.9 kGy

Dosis máxima absorbida | Maximum absorbed dose | Maximum dose absorbante: 36.4 kGy

Límites establecidos | Established limits | Limites établis

Dosis mínima | Radiation Lot | Minimum dose: 25.9kGy

Dosis máxima | Radiation Lot | Maximum dose:36.4kGy

Sello | Stam:

