J.P. SELECTA, s.a.u.	**Declaración de conformidad CE** **CE conformity declaration** **Déclaration de conformité CE**	**4001771**

El fabricante: / The manufacturer: / Le fournisseur:

J.P. SELECTA, s.a.u.

Autovia A2 Km 585.1 08630 Abrera (Barcelona) SPAIN

Declara que el equipo: / Declare that the product: / Déclare que l'appareil:

Código: / Code: / Code: **Modelo: / Type: / Modèle:**

4001771 **PRESOCLAVE III AUTOCLAVE PLUS 80L 220V 50/60Hz**

PRESOCLAVE III AUTOCLAVE PLUS 80L 220V 50/60Hz

Cumplen las directivas siguientes: Meet the following Directives: Est conforme aux directives suivantes:

2014/35/CE Directiva de seguridad electrica.
Directive for electrical safety.
Directive sur la sécurité électrique.

2014/30/CE Directiva de Compatibilidad elctromagnética.(CEM)
Directive for electromagnetic compatibility.(EMC)
Directive sur la Compatibilité Electromagnétique.(CEM)

2015/863 ROHS Directive.

Cumplen las siguientes Normas: Meet the following Standarts: Répond aux normes suivantes:

EN 61326-1 : 2013 *Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnetica (CEM)*
Electrical equipement for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements.
Matériel electrique de mesure, de contrôle et de laboratoire. Prescriptions relatives à la CEM.

EN 61010-1 : 2010 *Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales*
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements.
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire. Partie 1: Prescriptions générales

EN 61010-2-040: 2015 *Requisitos particulares para autoclaves de laboratorio*
Particular requirements for laboratory autoclaves
Prescriptions particulières pour autoclaves de laboratorie

J. Puig
General Manager

Abrera, 05-mar-20